



检测报告

报告编号 A2240783486142Ca

第 1 页共 4 页

委托单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位 山鹰华南纸业有限公司

受检单位地址 漳州市长泰县武安镇官山工业园

样品类型 废水（在线比对）

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.3988782FBE

报告说明

报告编号 A2240783486142Ca

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。
9. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
10. 检测结果中带有 “ND” 或者 “L”，表示检测结果低于方法检出限。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编

制：

周丽萍

签

发：

郑巧玲

审

核：

林晓晓

签发人姓名：

郑巧玲

签发日期：

2025/05/30

检测结果

报告编号 A2240783486142Ca 第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水（在线比对）		采样人员	何进鑫、王伟斌
采样日期	2025-05-16		检测日期	2025-05-16~2025-05-19
样品状态	微黄色、微弱异味、澄清、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	DW001（总排口）			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
pH 值	6.5	/	/	无量纲
化学需氧量	74	63	64	mg/L
总氮	4.59	4.68	5.26	mg/L
附：现场采样照片				
				

检测结果

报告编号 A2240783486142Ca 第 4 页共 4 页

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备名称、型号 及编号/校验有效期
废水 （在线比对）	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 SX811 TTE20234877/ 2025/08/21
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L	数字瓶口滴定器 Titrette 25ml TTF20234502/ 2025/11/05
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 （UV） UV-1800PC TTE20225081/ 2025/11/06

报告结束